

Спосіб селективного визначення офлоксацину потенціометричним методом включає занурення у підготовлений розчин хлоридсрібного електрода порівняння та сенсора, для виготовлення якого використовують як електродоактивну речовину, що складає основу потенціалвизначаючої мембрани, сполуку типу іонного асоціату офлоксацинату родаміну 6ж та як пластифікатор – дибутилфталат. Вимірюють різницю потенціалів, вміст офлоксацину знаходять за методом градувального графіка, побудованого за аналогічних умов.