

Апарат зовнішньої фіксації (АЗФ) для хірургічного лікування вогнепальних ускладнених переломів стегнової кістки містить елементи фіксації кістки, з'єднувальні штанги та опорну раму. Апарат є комбінованою конструкцією, де стрижні діаметром 6-8 мм з упорною різьбовою частиною та конусом виконані з титанового сплаву Grade 5. Імпантована частина стрижнів має анодування II типу. Рама апарата містить модифіковані півкільця, сектори та сегменти кілець, виготовлені з легкого алюмінієвого сплаву типу АМГ-3М, з'єднані між собою штангами діаметром 8 мм з можливістю регулювання довжини та положення кісткових фрагментів.