

Лабораторна установка для випробувань електроприладів на несприйнятливість до магнітного поля частоти мережі містить регулятор напруги, індукційну котушку $1 \times 1 \times 0,12$ м із мідних трубок. Установка додатково містить з'єднувальний пристрій із затискачами типу "крокодил" на струм до 150 А, для з'єднання генератора струму з індукційною котушкою $1 \times 1 \times 0,12$ м.